

## GUANTI MONOUSO IN NITRILE marchio Reflexx 70

La società REFLEXX S.p.A., sita in via Passeri, 2 a Viadana (MN) in qualità di Fabbrikante, dichiara che il prodotto a margine soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive della Comunità Europea:

- ❑ Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi del Reg UE 2016/425 (ANCI\_CIMAC, corso Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV): ente certificatore autorizzato n. 0465). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN ISO 374-1:2016 TIPO A e EN ISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004).
- ❑ Come Dispositivo Medico rientra in Classe I tra i dispositivi da esame anche invasivi destinati ad un uso temporaneo ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE. Il prodotto è in accordo con le normative EN 455 1-2-3 e 4. CND T01020204 GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE.

**Progressivo di Sistema Attribuito al DM: mis. S/1535752 M/1528650 L/1535761 XL/1535764 XXL/1535767.**

**REFLEXX S.p.A.**  
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)  
P.I. e C.F. 02085450209  
Tel.: 0375/333164 - Fax: 0375/464504  
e-mail: info@reflexx.com